



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΚΕ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Τμήμα : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Πληρ. : ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ. : 2651007982
Fax : 2651007951
e-mail : eediagon@cc.uoi.gr

Ημ/νία : 27-03-2019

Αρ.Πρωτ. : 11255

Προς : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρίνισης/διόρθωσης σχετικά με την προδιαγραφή 1.A9 του συνοπτικού διαγωνισμού με Αρ. Διακήρυξης 6647/22-02-2019

Σχετικά με την προδιαγραφή 1.A9 του συνοπτικού διαγωνισμού με Αρ. Διακήρυξης 6647/22-02-2019 και σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 10806/22-03-2019 εγγράφου του Επιστημονικά Υπεύθυνου Καθ. κ Τσιλίδη Κωνσταντίνου με θέμα «Διευκρινιστική επί των τεχνικών προδιαγραφών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Εργαστηριακού Εξοπλισμού» του έργου 82473 » σας διευκρινίζουμε ότι το ορθό κείμενο της ανωτέρω προδιαγραφής είναι το κάτωθι:

1.A9. Οι ανιχνευτές (Ανιχνευτής Ιονισμού Φλόγας -FID, Ανιχνευτής Δέσμευσης Ηλεκτρονίων -ECD) να έχουν σύστημα ηλεκτρονικού προγραμματισμού και ελέγχου όλων των ροών των αερίων, καθώς και ηλεκτρονικό άνοιγμα/κλείσιμο (on/off) όλων των αερίων και να είναι πλήρεις και έτοιμοι για την υποδοχή όλων των τύπων των στηλών (1/4", 1/8", widebore, capillary).

Συν. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 10806/22-03-2019

Έγγραφο Επιστημονικά Υπευθύνου

**Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ**



**Καθ. Σπυρίδων Γεωργάτος
Αντιπρύτανης**